

平成 29 年 4 月 11 日

日本医科大学千葉北総病院

「エピペン[®]注射液 0.3mg」を処方された 患者様へ重要なお知らせ

アナフィラキシー補助治療剤「エピペン[®]注射液 0.3mg」（ファイザー）は、一部ロット製品（[PS00019A](#)、[PS00025A](#)）において、使用時に針が出ず正常に接種できなかったとの海外報告が2件あり、国内にも対象ロット製品が流通していることから自主回収となりました。原因は、当該ロット製品の注射器に使用した部品の一部に不具合が発生していたことと判明しています。当院で処方された該当薬において、対象ロットがもし患者さまのお手元にごいます場合には、薬剤部で交換対応を行いますので御連絡ください。当院にて本剤を処方した医師及び患者さまには既に連絡をしていますが、再処方にて本剤を交換している場合や、他施設にて処方されていた場合にも今一度同様の確認をお願い申し上げます。

販売名	エピペン注射液 0.3mg
成分名	アドレナリン
規格	2mg / 2mL / 本
適応症	蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療 (アナフィラキシーの既往のある人 または アナフィラキシーを発現する危険性の高い人に限る)
回収対象ロット	PS00025A、PS00019A
製剤写真	
出荷期間	2016年01月28日～03月28日

【回収対象製品の確認方法】

