

患者様各位

日本医科大学武蔵小杉病院形成外科

有馬樹里、赤石諭史

**アラガン社の「ナトレル 410 ブレストインプラント」「ナトレル 133 ティッシュ
エキスパンダー」自主回収にあたり当科からのお知らせ**

報道でご存知の方も多いかと思いますが、令和元年 7 月 25 日付けでアラガン社が「ナトレル 410 ブレストインプラント」および「ナトレル 133 ティッシュエキスパンダー」を自主回収すると発表いたしました。

回収の理由は、ブレストインプラントによる合併症として BIA-ALCL(ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫)という血液疾患が国内外で報告されたことによります。数年前より国外での報告はありましたが、今年の 6 月に日本国内でも初めての発症報告がありました。その方につきましては保険適応以前の人工乳房であり、上記メーカーである確証はありません。しかし、世界的には上記人工乳房と BIA-ALCL の因果関係が懸念され、先日 7 月 24 日付けで FDA (米国食品医薬品局) がアラガン社へ自主回収要請をしたという経緯があります。

もちろん、ブレストインプラントを入れている患者様全てに BIA-ALCL が発生する訳ではありませんが、以前当院で挿入術を受けられた方に早急な情報提供が必要なため、今回ご連絡させていただきました。

患者様への不安を少しでも解消するために、当科では引き続き外来での定期受診や相談を承ります。随時情報を更新して参りますのでご不明な点は火曜午後に行っております専門外来へお越し下さい。

【お問い合わせ先・時間】

TEL: 044-733-5181(代表) (平日：午後 3 時 00 分～午後 4 時 30 分)

形成外科外来にお電話を繋いでいただき、乳房担当医師 (有馬) 外来をご予約下さい。